

Ciechocinek, dnia 19 października 2007 roku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPISÓW  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych wpłynęło zapytanie do zapisów SIWZ, które wraz z odpowiedzią prezentuje poniżej.

*„1. Co kieruje Zamawiającym, że jako medium zasilające pragnie wykorzystać ciekłe powietrze droższe o 100% od ciekłego azotu, a wg Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Gazów Technicznych - European Industrial Gasses Association również bardziej niebezpieczne?”*

Cena powietrza jest droższa o 25-50 % od azotu. Jednakże różnicę w cenie rekompensuje mniejsze jego zużycie oraz mniejszy koszt zużycia energii elektrycznej. W przeciwieństwie do azotu ciekłe powietrze jest gazem bardziej bezpiecznym, nie zagrażającym zdrowiu pacjenta. Z tego też względu azot używany jest głównie w tzw. kriosaunach, a ciekłe powietrze w kriokomorach.

*„2. Co Zamawiający rozumie poprzez „wtrysk bezpośredni” ciekłego powietrza?”*

Jest to dostarczenie ciekłego powietrza ze zbiornika bezpośrednio do kriokomory z pominięciem innych dodatkowych urządzeń.

*„3. Co kieruje Zamawiającym, że pragnie zastosować konstrukcję zamkniętą od góry?”*

Zastosowanie konstrukcji zamkniętej od góry poprawia efektywność zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Kriostymulacji zostają poddane termoreceptory zimna umieszczone na głowie pacjenta. Konstrukcja ta zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy stopami a głową pacjenta. Konstrukcja zamknięta od góry pozwala na uznanie zabiegu za zabieg krioterapii ogólnoustrojowej i w związku z tym Zamawiający ma możliwość uzyskania dofinansowania do takiego zabiegu przez NFZ.

Polski Związek Nieświdomych  
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  
im. Mariana Mikołaja Kaczmarska  
87-720 Ciechocinek; ul. Słońska 15  
tel. 054/283 60 82

**Dyrektor Ośrodka PZN**

*Wacław Kaczmarek*